


SZKŁO TECHNICZNE  SZKŁO SANITARNE	NORMA BRANŻOWA	BN-66 <hr/> 6854-03
	Szko sanitarne <b>Naczynia do kanek</b>	
	Grupa katalogowa 0811	

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest naczynie do kanek używane w zakładach służby zdrowia.

**2. Przykład oznaczenia naczynia do kanek:**  
NACZYNIEM DO KANEK BN-66/6854-03

**3. Główne wymiary - wg rysunku.**



BN-66/6854-03

**4. Materiał.** Szkło bezbarwne - wg PN-75/A-13150. Dopuszcza się występowanie następujących wad masy szklanej:

a) kamienie nie mające wokół siebie rys i pęknięć - 2 sztuki o średnicy do 1,0 mm, 2 sztuki o średnicy 1,0 ÷ 1,5 mm,

b) pęcherze niepekające:

6 sztuk o średnicy ponad 0,5 ÷ 2,0 mm,

3 sztuki o średnicy ponad 2,0 ÷ 3,0 mm,

1 sztuka o średnicy ponad 3,0 ÷ 5,0 mm,

**5. Wykonanie.** Dmuchane. Brzeg szlifowany.

**6. Cechowanie** - wg PN-75/A-13150.

**7. Pozostałe wymagania** - wg PN-75/A-13150.

**8. Pakowanie, przechowywanie i transport** - wg PN-75/A-13150.

**9. Badania** - wg PN-75/A-13150.

KONIEC

#### INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** - Zjednoczenie Przemysłu Szkłarskiego.

**2. Normy związane**

PN-75/A-13150 - szklane naczynia sanitarne. Wymagania i badania

**3. Symbol wg SWW** - 1526-39.

**4. Wydanie 2** - stan aktualny; listopad 1984; uaktualniono normę związaną.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Szkłarskiego  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szkłarskiego dnia 20 czerwca 1966 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1967 r.  
(Mon. Pol. nr 44/1966 poz. 224)